

의료기기의 올바른 사용은



식품의약품안전처가 함께합니다.


Ministry of Food and Drug Safety



의료기기 안전성정보 모니터링센터

의치부착재

틀니부착재



보고센터 서울대학교치과병원 후원 NIDS 한국의료기기안전정보원 식품의약품안전처

협력기관 SNUDH 관악서울대학교치과병원 경희대학교치과병원 강동경희대학교치과병원

FOSU 박준범치과의원

의료기기 Tel. 02-2072-0379 (담당자 임다움, 정윤아)

이상사례

Email. mdsmc2018@gmail.com

보 고 처

• 카카오톡 플러스 친구 → SNUDH 의료기기 안전성정보 모니터링센터
• <http://snudh-ctrc.or.kr/> → 의료기기 안전성정보 모니터링센터

보고센터 서울대학교치과병원 후원 NIDS 한국의료기기안전정보원 식품의약품안전처

협력기관 SNUDH 관악서울대학교치과병원 경희대학교치과병원 강동경희대학교치과병원

FOSU 박준범치과의원

의료기기 Tel. 02-2072-0379 (담당자 임다움, 정윤아)

이상사례

Email. mdsmc2018@gmail.com

보 고 처

• 카카오톡 플러스 친구 → SNUDH 의료기기 안전성정보 모니터링센터
• <http://snudh-ctrc.or.kr/> → 의료기기 안전성정보 모니터링센터

의치부착재란?

입안의 의치를 끼우기 전에 의치 안쪽에 발라 의치의 유지와 착용감 향상을 위해 사용하는 제품입니다.



사용방법


- 1 제품 유효기간을 확인하고 의치와 입안을 깨끗이 씻으세요.
- 2 올바른 부위에 소량씩 바르세요.
- 3 의치가 잘 부착되도록 위·아랫니를 잠시 물고 있으세요.



셀룰로오스(Cellulose) 주성분

식물 세포벽의 주성분인 다당류를 흔히 섬유소라 합니다.

※ 일부 삼키게 되는 것이 유해하지 않으나, 삼키지 말고 뱉어 내세요!



주의사항

1. 착용감이 좋지 않거나 이상반응이 나타나면 사용 중지 후 전문가와 상담하세요.
2. 사용설명서에 따라 정량만 사용하세요.
3. 의치와 잇몸에 남은 부착재 잔여물은 깨끗이 씻어주세요.

